

22091.5



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ

ГОСТ 22091.5-86

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ**

**Методы измерения тока  
рентгеновской трубки**

X-ray devices.

The methods of measuring X-ray  
tube current

**ГОСТ****22091.5—86**

Взамен  
**ГОСТ 22091.5—76**

ОКП 636600

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 февраля 1986 г. № 457 срок действия установлен

с 01.01.87

до 01.01.92

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на рентгеновские трубы и устанавливает следующие методы измерения:

метод измерения тока рентгеновской трубы при длительности прохождения тока 2 с и более;

метод измерения тока рентгеновской трубы при длительности прохождения тока от 0,05 до 2 с.

Стандарт не распространяется на импульсные управляемые рентгеновские трубы с термокатодом.

Общие требования к измерению и требования безопасности — по ГОСТ 22091.0—84.

Стандарт соответствует публикации МЭК 151—1 в части методов измерения тока электрода.

**1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ  
ПРИ ДЛЯТЕЛЬНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОКА 2 с И БОЛЕЕ**

**1.1. Принцип, условия и режим измерения**

1.1.1. Метод основан на измерении среднего значения тока, проходящего в анодной цепи рентгеновской трубы.

1.1.2. Условия и режим измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0—84.

**1.2. Аппаратура**

1.2.1. Измерение следует проводить на установках, электрические схемы которых должны соответствовать схемам подключения



рентгеновских трубок, приведенных в ГОСТ 22091.0—84 (приложение 1—3).

1.2.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0—84 и настоящего стандарта.

1.2.3. Класс точности измерителя тока рентгеновских диагностических трубок с вращающимся анодом должен быть не хуже 1,0.

#### 1.3. Подготовка и проведение измерений

1.3.1. Измерительную установку чрезготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на установку.

1.3.2. Режим работы рентгеновской трубы устанавливают в соответствии с техническими условиями на трубы конкретных типов.

#### 1.3.3. Измеряют ток рентгеновской трубы.

#### 1.4. Показатели точности измерений

1.4.1. Погрешность измерения значения тока рентгеновской трубы с длительностью прохождения 2 с и более при значении тока трубы 10 мА и более не должна выходить за пределы  $\pm 5\%$ , при значении тока трубы менее 10 мА — не должна выходить за пределы  $\pm 8\%$  с установленной вероятностью  $P=0,95$ .

## 2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ ПРИ ДЛЯТЕЛЬНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОКА ОТ 0,05 ДО 2 с


#### 2.1. Принцип, условия и режим измерений

2.1.1. Метод основан на измерении количества электричества, протекающего в цепи трубы за время прохождения тока.

2.1.2. Условия и режим измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0—84.

#### 2.2. Аппаратура

2.2.1. Измерение следует проводить на установке, структурная схема которой приведена на чертеже.



1 — управляемый источник напряжения с выходом 1000 В; 2 — устройство задания длительности прохождения тока рентгеновской трубы; 3 — измеритель количества электричества; 4 — источник питания пакета. VL — рентгеновская трубка

2.2.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0—84 и настоящего стандарта.

2.2.3. Погрешность устройства задания длительности прохождения тока рентгеновской трубки должна быть в пределах  $\pm 5\%$ .

2.2.4. Измеритель количества электричества должен обеспечивать измерение с погрешностью измерения  $\pm 7,5\%$ .

2.3. Подготовка и проведение измерений

2.3.1. Подготовка и проведение измерений должны соответствовать требованиям пл. 1.3.1 и 1.3.2.

2.3.2. Измеряют количество электричества, протекающего в цепи рентгеновской трубки.

2.4. Обработка результатов

2.4.1. Ток рентгеновской трубки  $I, A$ , следует определять по формуле

$$I = \frac{q}{t},$$

где  $q$  — измеренное количество электричества, Кл;

$t$  — время прохождения тока, с.

2.5. Показатели точности

2.5.1. Погрешность измерения тока рентгеновской трубки с длительностью прохождения от 0,05 до 2 с не должна выходить за пределы  $\pm 10\%$  (с  $01.01.88 \pm 6\%$ ) с установленной вероятностью  $P=0,95$ .

Редактор *А. И. Ломакина*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб. 02.04.86 Подп. в печ. 28.05.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт 0,19 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123490, Москва, ГПС, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лихий пер., 6. Зак. 2125